



**Sicherheitswarnung:  
Produkt „TIBREEZE“ des deutschen Herstellers GFE Medizintechnik GmbH**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen wurde im Zusammenhang mit der Sicherheitswarnung zum Thema PIP-Mamma-Implantate (Hersteller Poly Implant Prothese) über ein weiteres mit diesem Fall in Verbindung stehendes Produkt informiert.

Das **Produkt „TIBREEZE“** des deutschen **Herstellers GFE Medizintechnik GmbH** wurde ebenfalls mit denselben Ausgangsmaterialien wie die PIP-Mamma-Implantate hergestellt. Die Produkte wurden im Zeitraum von September 2003 bis August 2004 in Europa in Verkehr gebracht.

Die Firma GFE Medizintechnik GmbH (Deutschland) ist insolvent, die Firma pfm medical titanium GmbH, Nürnberg (Deutschland) ist Rechtsnachfolger der GFE Medizintechnik GmbH.

Die Firma pfm medical titanium GmbH als Rechtsnachfolger der GFE Medizintechnik GmbH hat bestätigt, dass alle behandelnden Ärzte bereits über die bestehenden Probleme informiert wurden.

Betroffenen Patientinnen wird empfohlen, den behandelnden Arzt aufzusuchen und mit diesem das weitere Vorgehen zu besprechen.

Für das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Dipl.-Ing. Meinrad Guggenbichler



**Weitere Informationen:**

Warnung des Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, PIP-Implantate, 28.09.2010  
([www.basg.gv.at/uploads/media/100928\\_Update\\_zur\\_Sicherheitswarnung\\_MammaImplantate.pdf](http://www.basg.gv.at/uploads/media/100928_Update_zur_Sicherheitswarnung_MammaImplantate.pdf))

Warnung des deutschen Bundesinst. f. Arzneimittel u. Medizinprodukte, 26.01.2012  
([www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/riskinfo/empfehlungen/Silikon\\_Brustimplantate\\_PIP.html](http://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/riskinfo/empfehlungen/Silikon_Brustimplantate_PIP.html))

Sicherheitswarnung der Firma pfm medical titanium GmbH  
([www.pfmmedical.com/en/company/news/index.html](http://www.pfmmedical.com/en/company/news/index.html))

**Kontakt für Rückfragen:**

AGES PharmMed, Institut Inspektionen, Medizinprodukte & Hämovigilanz  
Dipl.-Ing. Meinrad Guggenbichler  
Tel: 050555-36421, Email: [inspektionen@ages.at](mailto:inspektionen@ages.at)