



Datum: 27.02.2012
Kontakt: Mag. Roswitha Frieh
Telefon: +43 (0) 505 55-36203, **Fax:** -36409
E-Mail: gewebevigilanz@ages.at
Geschäftszahl: INS-630140-0003-008

Rückruf Sydney IVF Culture Oil (K-StCO-200), (K-SrCO-50)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) erhielt über das Rapid Alert System für Gewebe und Zellen (RATC) der Europäischen Kommission die Information, dass unten angeführte Produkte aufgrund eines Sicherheitsrisikos zurückgerufen werden. Die Produkte wurden durch Cook Ireland Limited in Österreich vertrieben.

GPN	RPN	Lot Numbers	Lot Expiry Date	Manufactured Date
G26708	K-SICO-200	A894325	9/02/2012	3/11/2011
G26708	K-SICO-200	A894325	9/02/2012	3/11/2011
G26708	K-SICO-200	A894325	9/02/2012	3/11/2011
G26708	K-SICO-200	A894325	9/02/2012	3/11/2011
G26708	K-SICO-200	A895286	1/03/2012	27/10/2011
G26708	K-SICO-200	A895286	1/03/2012	27/10/2011
G32717	K-SICO-50	A894326	9/02/2012	3/11/2011
G32717	K-SICO-50	A895291	1/03/2012	10/11/2011
G32717	K-SICO-50	A895291	1/03/2012	10/11/2011

Es wurde bekannt, dass aufgrund des Peroxid-Levels in den angeführten Lotnummern degenerative Veränderungen von Embryonen am 5. /6. Tag möglich sind.

Melden Sie bitte dem BASG unter oben angeführter Mailadresse bis zum 5. März 2012, ob Sie die betroffenen Produkte erhalten oder verwendet haben und ob es im Zusammenhang mit der Verwendung dieser zu schwerwiegenden unerwünschten Zwischenfälle oder Reaktionen gekommen ist.

Mit freundlichen Grüßen
für das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

